管理機器

測量関連機器

A K T | 0

資料

通信 12 80

P.C グラウトフローコーン

Jロート C-321各種

流動性を測定する試験器です。 土木学会と道路公団の規格品でサイズが様々ですので 注文時に必要品をご指定ください。


メーカー 西日本試験機 測定項目 流動性




付属品 三脚、ブラシ、ブラシ(小)*、容器、弊社検査成績書 ※JAロート/C-321Cのみ付属

	寸法図
,	992
٠,	上小于云观乎 /







商品コード	型式	適用規格	容量	排出口径	上端口径	全高H
RVA 00001 001	J14□	土木学会基準	630ml	φ14mm	φ 70mm	392mm
RVA 00002 001	JA□-ト/C-321C	土木学会基準	1,000ml	φ8mm	φ100mm	381.1mm
RVA 00003 001	JP□- ト/C-321D	土木学会基準	630ml	φ14mm	<i>φ</i> 70mm	422mm
TVA 10001 001	J□-ト14/C-321B	道路公団規格	630ml	φ14mm	φ70mm	395mm

モルタルフロー試験器

C-206

メーカー 西日本試験機 測定項目 モルタルのフロー値



商品コード	備考
RVM 00001 001	

モルタルのフロー値を決定するもので、カム軸の回転で 円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。 セメントの物理試験方法 JIS R5201 準拠品です。

型式	C-206
フローテーブル	φ300mm(テーブル・支柱は鋳物製、カム・ロームは焼入れ鋼)
コーン寸法	上部:φ70mm、下部:φ100mm、高さ:60mm
突き棒	φ20mm、質量 500g (鋼製)

機器構成 フローテーブル、突き棒、フローコーン、簡易説明書、弊社検査成績書

プレパクトフローコーン(P ロート)

C-320

メーカー 西日本試験機 測定項目 流動性



商品コード	備考
RVB 00001 001	
1100 00001 001	

プレパクト、コンクリートの流動試験や、粘着性の少ない ペーストの流動性測定に使用します。 通称"Pロート"とも呼ばれます。

型式 容量	C-320
容量	1,725ml
排出口径	φ13mm
上端口径	φ178mm
全高H	192mm

三脚、ビーカー(2,000cc)、ポイントゲージ、ポール、清掃ブラシ、 付属品 取扱説明書、弊社検査成績書