

レンタルします！

無試薬で水道水やプール水などの残留塩素測定に

残留塩素計 RC-31P-F

AKTIO

アクティオ



RC-31P-F

● 試薬は不要

ポーラログラフ法を採用。試薬の取扱・処理が不要
従来法と比べ、ランニングコストの削減が可能

● 安心の防水構造（IP67）

● パソコン、外部プリンターに接続可能

※プリンター（R5C 10001 001）オプション

● 簡易連続測定にも対応

ビーズ研磨キット付属



リアルタイムモードでの
簡易連続測定にも対応
（ビーズ研磨キット装着時）


採水測定方法



投込み測定方法

① 電極をプール・貯水槽・検水の入ったバケツ等に入れます。
必要に応じてケーブルに浮きを取り付けてください。浮きアセンブリー
を取り付けることで、一定の水深での測定が可能になります。

⚠ ジャグジー等、流速のある所では正しく測定できません。
測定容器での採水測定をお願いいたします。



④ ENTER/HOLD
キーを押します。



⑤ 測定結果が表示され
ます。



商品コード		RT7 20010 001	
型式		RC-31P-F	
メーカー		東亜ディーケーケー株式会社	
測定方式		ポーラログラフ法	
測定対象		遊離残留塩素	
検水		水道水およびプール水（pH：pH5.8 ～ 8.0 電気伝導率：8mS/m 以上）	
測定範囲	遊離残留塩素	(mg/L)	0 ～ 2.00
	温度	(℃)	0 ～ 45
データメモリー		1000 データ	
防水構造（電極接続時）		IP67（センサ接続時および外部入出力部マスク時有効）※1m、30 分浸漬可	
性能保証温度		(℃)	0 ～ 45（オプションの AC アダプター、 外部プリンター使用時 0 ～ 40）
電源		単 3 形アルカリ乾電池 2 本	
寸法（L×W×H）		(mm)	68×173×35
質量		(g)	約 280（電池含む）

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

