

付 属 品 一 覧 表

商品名 型式

自動体外式除細動器 ZOLL AED Plus WS

メーカー: 旭化成ゾールメディカル株式会社

見本 品名	1 本体	2 本体カバー	3 電極パッド	4 レスキューキット
写 真 数量	 1	 (装着済) 1	 (装着済) 1	 (収納ケース装着済) 1式
5 設置シール	6 収納ケース	7 取扱DVD	8 各種書類①	9 各種書類②
 2	 1	・セットアップ方法 1	・取扱説明書 ・本体解説書 ・日常点検チェックリスト ・安全対策のお願い ・クイックガイド ・AED取り扱いに関するお知らせ 各1	・AEDの除細動 パッド・モード選択に 関するご案内 ・CPR-D-padz解説書①② (パッド装着済) ・弊社検査成績書 各1

レスキューキット内容

1 ハサミ	2 カミソリ	3 清浄綿	4 ペーパータオル	5 手袋	6 フェイスシールド
 1	 1	 1	 1	 1双	 1

付 属 品 一 覧 表

商品名 一型式一

自動体外式除細動器 ZOLL AED Plus WS

ご注意

- ・ ご使用の前に、本表記載の「付属品、数量」のご確認をお願いします。
（付属品欠品、異常が認められた際は、至急ご連絡をお願いします。）
- ・ レンタル機の整備は万全を期していますが、配送中での不具合が発生する事も考えられますので
レンタル品到着時点での動作確認をお願いします。
（異常を確認の際には、商品到着後48時間以内でのご連絡をお願いします。）
- ・ 計測機器は精密機械の為、取扱いには十分な注意をお願いします。
（振動、衝撃、粉塵、水分、湿気の急激な温度変化等は不具合原因になる場合がございます。）
- ・ レンタル品の事故（転倒・破損・冠水・汚損・用途外の使用）はお客様責任となります。
（不測の事故に対応する為、「サポート制度」へのご加入をお勧めします。）
- ・ お客様よりレンタル品返却後、破損・欠品が認められた場合は請求対象となります。
（外観上にダメージが確認出来なくとも、機器内での大きな損傷があり、高額修理代金が発生する場合がありますのでご注意ください。請求金額についてはお問合せ下さい。）
- ・ データの管理は、お客様側の責任に於いてお願い致します。
（返却機械はデータ取出し等のサービスは行いません。整備時にデータを全てを消去致します。）