



ガス検知器

可燃性ガスモニター
酸素・硫化水素濃度計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・土コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

32

酸素・硫化水素濃度計

XOS-326

メーカー 新コスモス電機 測定項目 酸素・硫化水素



商品コード	備考
RM1 2E001 003	
RM1 2E00P 001	トレーサビリティ証明書付

付属品	本体カバー、単3形アルカリ乾電池×2(予備付)、取扱説明書、動画のご案内、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書*
-----	---

*トレーサビリティ体系図付のみ付属

ガス漏れ探知器

XP-702Ⅲ-A

メーカー 新コスモス電機 測定項目 LPG・都市ガス(13A)



商品コード	備考
RM1 2N001 001	

付属品	本体カバー、アタッチメント、ドレンフィルタ、シリカゲルフィルタ×2、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	---

可燃性ガスモニター

GP-1000

メーカー 理研計器 測定項目 可燃性ガス



商品コード	備考
RM1 1J00P 001	トレーサビリティ証明書付

付属品	ハングストラップ、ガス採集棒/チューブ、シリコンフィルタ、単3形アルカリ乾電池×4(装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書、メーカー検査成績書、トレーサビリティ証明書
-----	--

検知対象ガス

No.	ガス種一覧	表示	No.	ガス種一覧	表示	No.	ガス種一覧	表示	No.	ガス種一覧	表示
1	メタン	CH ₄	8	エタノール	C ₂ H ₅ OH	15	n-ヘキサン	n-C ₆ H ₁₄	22	メタクリル酸メチル	MMA
2	イソブタン	i-C ₄ H ₁₀	9	プロピレン	C ₃ H ₆	16	トルエン	C ₇ H ₈	23	ジメチルエーテル	DME
3	水素	H ₂	10	アセトン	C ₃ H ₆ O	17	ヘプタン	n-C ₇ H ₁₆	24	メチルイソブチルケトン	MIBK
4	メタノール	CH ₃ OH	11	プロパン	C ₃ H ₈	18	キシレン	C ₈ H ₁₀	25	テトラヒドロフラン	THF
5	アセチレン	C ₂ H ₂	12	ブタジエン	C ₄ H ₆	19	酢酸エチル	EtAc			
6	エチレン	C ₂ H ₄	13	シクロペンタン	C ₅ H ₁₀	20	IPA	IPA			
7	エタン	C ₂ H ₆	14	ベンゼン	C ₆ H ₆	21	MEK	MEK			

酸素と硫化水素の2つのガスを同時に測定できます。センサーケーブル5m付です。

型式	XOS-326	
検知対象ガス	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
ガス採気方式	拡散式	
検知範囲	0~25.0vol%	0~30.0ppm
分解能	0.1vol%	0.5ppm
表示精度	±0.5vol%以内	FS±5%以内
警報設定濃度	1 段目：19.5vol%	1 段目：10.0ppm
	2 段目：18.0vol%	2 段目：15.0ppm
警報方式	1 段目：長いブザー断続音、アラームランプ点滅	
	2 段目：短いブザー断続音、アラームランプ点滅	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	約50時間(アルカリ電池使用時)	
使用温度	-10~40℃	
寸法	センサー部	φ44×75mm
	本体(W×D×H)	66×29×195mm
質量	約450g(電池含まず)	

10ppmの微量なガス漏れ箇所をすばやく探知します。都市ガス、LPガスなどの配管や設備ガス漏れ検知に。爆発事故を未然に防ぐために役立ちます。

型式	XP-702Ⅲ-A
検知対象ガス	LPG・都市ガス(13A)
検知原理	熱線型半導体式
検知可能漏えい量	3.3×10 ⁻⁶ Pa・m ³ /s
検知可能濃度	10ppm
応答時間	3秒以内
検知表示	断続音及びアラームランプの点滅
電源	単3形アルカリ乾電池×2本
電池寿命*	約12時間(常湿・常温において)
使用温度・湿度	-20~50℃・30~85%RH以下(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	38×32×130mm(突起物含まず)
質量	約190g(電池、レーザーケース含む)

*環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。

25種の可燃性ガスをこれ1台で検知できます。

型式	GP-1000
検知ガス	可燃性ガス ※検知対象ガスを参照ください
検知原理	接触燃焼式
検知範囲	0~100%LEL
警報の種類	ガス警報：自己保持、2段警報 故障警報：流量低下、センサー接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常
警報の動作	ガス警報：ブザー連続、赤ランプ点滅、ガス濃度点滅 故障警報：ブザー断続、赤ランプ点滅、故障内容表示
警報設定値	1st：10%LEL、2nd：50%LEL
応答時間	90% 応答 30秒以内
警報遅れ時間	30秒以内
検知方式	ポンプ吸引式 吸引流量 0.35L/min以上(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)
防爆性	本質安全防爆構造 ExiaII CT4
各種認証	IECEx 合格品、ATEX 防爆検定合格品、TIS 防爆検定合格品、CE Marking 適合品
機能	LCDバックライト、データロガー、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(LR6(株)東芝4本*)
電池寿命	約20時間以上(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明時)
使用温度・湿度	-20~50℃・95%RH以下(結露なきこと)
寸法(W×D×H)	80.1×36×124mm
質量	約260g(電池含まず)

*防爆性能要件を満たす為には、指定電池をご使用下さい。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)